

遠心機

2019年11月24日

対応温度(°C)	機器名	型番(型式)	メーカー名	設置場所	メンテナンス
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-10~30	冷却小型卓上遠心機	H-19FMR	KOKUSAN	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-20~40	ユニバーサル冷却遠心機	5911	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-10~30	冷却小型卓上遠心機	H-19FMR	KOKUSAN	2号館4階	回転数点検 1回/年

遠心機

2019年8月20日

対応温度(°C)	機器名	型番(型式)	メーカー名	設置場所	メンテナンス
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-10~30	冷却小型卓上遠心機	H-19FMR	KOKUSAN	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-20~40	ユニバーサル冷却遠心機	5911	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-10~30	冷却小型卓上遠心機	H-19FMR	KOKUSAN	1号棟1階	回転数点検 1回/年

遠心機

2017年8月1日

対応温度(°C)	機器名	型番(型式)	メーカー名	設置場所	メンテナンス
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-10~30	冷却小型卓上遠心機	H-19FMR	KOKUSAN	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-10~30	冷却小型卓上遠心機	H-19FMR	KOKUSAN	1号棟1階	回転数点検 1回/年