

遠心機

2023年7月

対応温度（℃）	機器名	型番（型式）	メーカー名	設置場所	メンテナンス
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験ユニット検査室	メーカー保守点検 1回/年
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験ユニット検査室	メーカー保守点検 1回/年
-10～30	冷却小型卓上遠心機	H-19FMR	KOKUSAN	臨床試験ユニット検査室	メーカー保守点検 1回/年
-20～40	ユニバーサル冷却遠心機	5911	KUBOTA	臨床試験ユニット検査室	メーカー保守点検 1回/年
-45～45	冷却多本架遠心機	H-80R α	KOKUSAN	2号館4階	回転数点検 1回/年
-45～45	冷却多本架遠心機	H-80R α	KOKUSAN	2号館4階	回転数点検 1回/年
-10～30	冷却小型卓上遠心機	H-19R α	KOKUSAN	2号館4階	回転数点検 1回/年

遠心機

2021年5月

対応温度 (°C)	機器名	型番 (型式)	メーカー名	設置場所	メンテナンス
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-10～30	冷却小型卓上遠心機	H-19FMR	KOKUSAN	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-20～40	ユニバーサル冷却遠心機	5911	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-45～45	冷却多本架遠心機	H-80R α	KOKUSAN	2号館4階	回転数点検 1回/年
-45～45	冷却多本架遠心機	H-80R α	KOKUSAN	2号館4階	回転数点検 1回/年
-10～30	冷却小型卓上遠心機	H-19R α	KOKUSAN	2号館4階	回転数点検 1回/年

遠心機

2019年11月24日

対応温度 (°C)	機器名	型番 (型式)	メーカー名	設置場所	メンテナンス
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
	テーブルトップ冷却遠心機	5500	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-10～30	冷却小型卓上遠心機	H-19FMR	KOKUSAN	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-20～40	ユニバーサル冷却遠心機	5911	KUBOTA	臨床試験病棟検査室	メーカー保守点検 1回/年
-10～30	冷却小型卓上遠心機	H-19FMR	KOKUSAN	2号館4階	回転数点検 1回/年